

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8-П

Длина , мм	≥ 160	191	ГОСТ 4645-81 Линейный
Длина накопителя, мм	18±2	19	
Ширина, мм	54±2	53	
Масса, г	1,4±0,3	1,61	ГОСТ 4645-81 Весовой
Герметичность	Должен быть герметичным	Из трех предоставленных штук одна не герметична	ГОСТ 4645-81 Визуально
Упаковка	Презервативы упаковывают по одному в герметичный пакет из комбинированного трехслойного материала или другого упаковочного материала, обеспечивающего герметичность упаковки. Допускается упаковывать пакеты с презервативами в пачки из картона	Презервативы упакованы по одному в герметичный пакет из комбинированного трехслойного материала, обеспечивающего герметичность упаковки. 3 пакета с презервативами в пачке из картона вместе с инструкцией по применению. Из трех штук один с точечной структурой, два простые	ГОСТ 4645-81 Визуально
Маркировка	По ГОСТ 4645-81	Имеются грамматические ошибки	ГОСТ 4645-81 Визуально

Примечание: протокол испытаний касается только образца, подвергнутого испытаниям; запрещаются любые виды воспроизведения протокола испытаний вне ЦКАЛ (копии недействительны).

За отбор образцов ЦКАЛ ответственности не несет.

Испытания выполнил ведущий специалист ЦКАЛ



Табалдиев Б.Т.

Конец протокола.